# 软雾吸入器

## RESPIMAT – 每天使用

## 重要内容

| | |
|---|---|
| **注意：** | 请将吸嘴放在您的牙齿之间并闭上嘴唇。 |
| **药物用完了吗?：** | 底座上有一个剂量跟踪器 – “0”表示药物已经用完。底座将会锁住。<br>请把它丢弃。 |
| **过期了吗?：** | 查看装置上的过期日期。 |
| **提醒：** | 若 Respimat 1 星期未被使用，**加药 1 次** (见反面)。<br>若 Respimat 3 星期未被使用，加药 3 次 (见反面)。<br>不要让药雾进入眼睛。<br>**清洁：** 用干燥的纸巾或布清洁吸嘴。 |

本资料仅供参考之用。它不应取代医嘱、说明和/或治疗。
如果你有具体问题，请向您的医生或相应的保健专家咨询。

示意图由社区小儿哮喘服务署绘制，www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

**如需关于吸入给药方法的更多内容和给药装置的演示，请访问我们的网站：**
**www.ucalgary.ca/asthma**

Alberta Health Services

支持现行的呼吸指南

Calgary COPD & Asthma Program

# 软雾吸入器

## RESPIMAT – 装载和加药

### 装载：需要在首次使用前进行一次




| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 按下保险扣并拉出透明底座。 | 插入药瓶的细小端直至听到“咔嗒”声。在硬的表面上将药瓶稳固按压确保其完全到位。 | 放回透明底座 |

### 加药瓶： 在首次使用时按照步骤4，5，6 进行操作

| 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| 转动底座直至听到“咔嗒”声。 | 翻开盖子 | 瓶口朝下并按压按钮 | 提醒 |

**注意：**

若 Respimat 1 星期未被使用，加药 1 次 (步骤 4-6)
若 Respimat 3 星期未被使用，加药 3 次 (步骤 4-7)
在转动时应始终保持盖子的关闭以避免该装置的不慎启动。
不能让药雾进入眼睛。