


Instructions relatives aux dispositifs contre l'asthme

Inhalateur à poudre sèche Turbuhaler (6 ans et plus)



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Vidéo	Lien de la vidéo en ligne pour la démonstration du dispositif : https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/files/icancontrolasthma/turbuhaler_1.swf
Remarque	Placez l'embout buccal entre les dents, puis fermez les lèvres (comme pour boire au moyen d'une paille).
Vide?	- La fenêtre du dispositif commence à virer au rouge quand il ne reste que 20 doses. - Quand la fenêtre est entièrement rouge, le dispositif est vide. Jetez-le. - Certains dispositifs comportent une fenêtre qui montre aussi le chiffre « 0 » quand le dispositif est vide. Jetez-le.
Expiré?	Enlevez le bouchon pour vérifier la date d'expiration du dispositif.
Rappels	- Tenez le Turbuhaler au sec. - Ne respirez pas dans le dispositif. - Remettez le bouchon après usage. Nettoyage : essuyez l'embout buccal à l'aide d'un chiffon ou mouchoir en papier sec.

Le présent matériel est fourni à titre informatif seulement. Il ne vise pas à remplacer l'avis ou les instructions d'un médecin ni un traitement médical. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez consulter votre médecin ou un professionnel de la santé compétent.