



INHALADOR DE POLVO SECO


GENUAIR




1 QUITA LA TAPA



2 PRESIONE EL BOTÓN VERDE



3 LIBERE EL BOTÓN VERDE




4 EXHALE



5 FUERTE INHALACIÓN



6 RECORDATORIO



7 VUELVA A COLOCAR LA TAPA

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Nota:** Coloque la boquilla entre los dientes y cierre los labios.
- ¿Vacío?:** La ventana tiene números que hacen la cuenta regresiva de las dosis - "0" significa que está vacío. Tírelo.
- ¿Caducado?:** Compruebe la fecha de caducidad en el lateral del dispositivo.
- Recordatorios:** Conserve seco el dispositivo.
No respire dentro del dispositivo.
Reemplace el tapón después de usarlo.
Limpieza: Limpie la boquilla con un pañuelo desechable o paño secos.
Tómelo cada 12 horas.
La ventana de color debe volverse roja con una inhalación profunda.
Si se mantiene en verde, asegúrese de haber soltado el botón verde y repita los pasos 4-5.

Este material se ha diseñado únicamente para fines informativos. No debe utilizarse en lugar del consejo, instrucción o tratamiento médicos. Si tiene preguntas concretas, consulte a su médico o a un profesional sanitario pertinente.

Ilustraciones desarrolladas por el Servicio Comunitario de Asma Pediátrica, www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

Para obtener más información sobre medicamentos inhalados y demostraciones de dispositivos, visite nuestro sitio web en: www.ucalgary.ca/asthma

